



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



HAGMED

konkurs nr 9/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa	Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy	Data: 03.12.2019	Nr dokumentu: ZOF/11/2019
--	---	---------------------	------------------------------

HAGMED sp. z o.o. sp.k.
96 – 200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 32, Polska
tel +48 46 814 44 29
fax +48 46 814 48 05
NIP 835-000-33-68

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOF/11/2019

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego:

- 1.1. Urządzenia do pobierania materiału biologicznego z różnych powierzchni metodą próżniową (na mokro) na potrzeby identyfikacji osobniczej w oparciu o badania DNA.
- 1.2. Wyposażenia stanowiska do pobierania materiału biologicznego tj. komplet materiałów eksploatacyjnych i odczynników do pobrania materiału biologicznego z co najmniej 5 przedmiotów o powierzchni co najmniej 0,25 m² każdy.

2. Wymagania dotyczące stanowiska do pobierania materiału biologicznego:

- 2.1. Producent, kraj pochodzenia, typ, model oferowanego urządzenia z uwzględnieniem wszystkich komponentów stanowiska.
- 2.2. Urządzenie i wyposażenie stanowiska fabrycznie nowe. Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2019.
- 2.3. Urządzenie po dostarczeniu zamawiającemu, musi być kompletne i po uruchomieniu przez sprzedającego gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
- 2.4. Bezpłatne przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego w języku polskim lub tłumaczone na język polski.
- 2.5. Wyposażenia stanowiska, materiały eksploatacyjne i odczynniki do celów szkoleniowych zapewnia sprzedawca bezpłatnie.
- 2.6. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
- 2.7. Okres gwarancji urządzenia nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzenia przez sprzedającego.
- 2.8. W ramach gwarancji sprzedający zobowiązuje się na przeprowadzenie bezpłatnego przeglądu serwisowego przed upływem terminu gwarancji, celem potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia. Wszelkie

koszty związane z dojazdem do siedziby użytkownika oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych ponosi sprzedający

2.9. Czas naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 8 tygodni.

3. Wymagania parametrów urządzenia i komponentów stanowiska:

3.1. Zasilanie 230 VAC; 50Hz. W przypadku gdy urządzenie zasilane jest innym napięciem niż wskazane sprzedający zapewnia konwerter do napięcia 230 VAC; 50Hz.

3.2. Wymiary maksymalne 50 cm x 40 cm x 70 cm.

3.3. Maksymalna waga 40 kg.

3.4. Zakres temperatur pracy urządzenia 0-35°C

3.5. Zakres wilgotności pracy urządzenia 10-85%

3.6. Maksymalny pobór mocy 1000W (maksymalna moc rozruchowa 2000W)

3.7. Wózek umożliwiający bezpieczne transport urządzenia.

3.8. Możliwość pobierania materiału biologicznego po transporcie urządzenia bez jakichkolwiek kalibracji.

3.9. Możliwość swobodnej pracy (pobierania materiału biologicznego w odległości min. 1,5 m od urządzenia.

3.10. Wyposażenia stanowiska, materiały eksploatacyjne i odczynniki wykorzystywane do zbierania materiału biologicznego muszą być wolne od DNA i nie zawierać inhibitorów reakcji PCR.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - URZĄDZENIE DO ZBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z RÓŻNYCH POWIECHNI

Lp	Parametry/warunki	Warunki	
		wymagane	graniczny
CZĘŚĆ A wymagania podstawowe			
1	Urządzenie do zbierania materiału biologicznego z różnych powierzchni metodą próżniową (na mokro) na potrzeby identyfikacji osobniczej w oparciu o badania DNA wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi.	Tak	-----
2	Oferent/producent	Podać	-----
3	Nazwa/typ	Podać	-----
4	Kraj pochodzenia	Podać	-----
5	Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.	-----	Tak
6	Urządzenie musi być kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem po zainstalowaniu i uruchomieniu przez sprzedającego	Tak	-----
7	Maksymalne wymiary urządzenia 50 cm x 40 cm x 70 cm	-----	Tak
8	Maksymalna waga urządzenia 40 kg	-----	Tak
9	Zakres temperatur pracy urządzenia 0-35°C	-----	Tak
10	Zakres wilgotności pracy urządzenia 10-85%	-----	Tak
11	Zasilanie 230 VAC; 50Hz UWAGA W przypadku innych wartości zasilania, dostawca zapewnia konwerter do napięcia jw.	Tak	-----
12	Maksymalny pobór mocy 1000 W (maksymalna moc rozruchowa 2000 W)	-----	Tak
13	Odczynniki wykorzystywane do zbierania materiału biologicznego muszą być wolne od DNA i nie zawierać inhibitorów reakcji PCR.	Tak	-----
14	Urządzenia peryferyjne wykorzystywane przy zbieraniu DNA muszą być	Tak	-----

	wolne od DNA i nie zawierać inhibitorów reakcji PCR.		
15	Możliwość swobodnej pracy (pobierania materiału biologicznego w odległości min. 1,5 m od jednostki centralnej)	Tak	-----
16	Komplet materiałów eksploatacyjnych i odczynników do pobrania materiału biologicznego z co najmniej 5* różnych przedmiotów o powierzchni co najmniej 0,25 m ² każdy.	Tak	-----
17	Możliwość pobierania materiału biologicznego po transporcie urządzenia bez jakichkolwiek kalibracji.	Tak	-----
18	Bezpłatne przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego w języku polskim lub tłumaczone na język polski.	Tak	-----
19	Materiały eksploatacyjne i odczynniki do celów szkoleniowych zapewnia sprzedawca bezpłatnie	Tak	-----
20	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	Tak	-----
21	Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia instalacji i uruchomienia przez sprzedającego	-----	Tak
22	Czas naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 8 tygodni	-----	Tak
23	W ramach gwarancji sprzedający zobowiązuje się na przeprowadzenie bezpłatnego przeglądu serwisowego przed upływem terminu gwarancji, celem potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia. Wszelkie koszty związane z dojazdem do siedziby użytkownika oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych ponosi sprzedający	Tak	-----

II. TERMIN REALIZACJI

Dostawa w ciągu dwóch tygodni od momentu zamówienia.

Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający podpisze umowę na dostawę towaru z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia.

III. ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- cenę całkowitą netto i brutto (oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN - po kursie średnim NBP na dzień złożenia oferty),
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności.

IV. OGÓLNE WARUNKI:

- Oferta musi spełniać wymagania zapytania ofertowego.
- Oferent pokrywa wszystkie koszty przygotowania oferty.
- Oferty częściowe nie są akceptowane.
- Proces ofertowy może zostać zakończony bez podejmowania ostatecznej decyzji i bez podania przyczyny.
- Treść zapytania ofertowego może być zmieniona przez kupującego; Oferent zostanie powiadomiony o tym fakcie i w razie potrzeby wszystkie terminy mogą zostać przełożone.
- Ostateczna decyzja kupującego nie podlega negocjacom.
- Kupujący może żądać dodatkowych informacji i aktualizacji oferty.
- Odrzucenie oferty oferenta nie jest podstawą do jakiegokolwiek rekompensaty.
- Zamawiający na etapie ofertowania może żądać od potencjalnego oferenta podpisania oświadczenia o zachowaniu w poufności uzyskanych informacji i danych.

V. WYMAGANIA ODNOŚNIE OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
- Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi, finansowymi, wiedzą i doświadczeniem.

Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie umowy.

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty:

- powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą
- pozostające z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi w szczególności pozostające w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi
- będące podmiotem powiązaniem lub partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014
- będące podmiotem powiązaniem osobowa z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.rak@hagmed.com lub faksem na nr (46) 814-48-05 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: **HAGMED sp. z o.o. sp.k. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.**

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.12.2019.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.hagmed.com, w siedzibie firmy HAGMED Sp. z o.o. Sp. k. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 32 oraz wysłano do 3 potencjalnych Wykonawców.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa	Waga-	ilość punktów
1	Cena	100	
2	Razem	100	

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Oferentem.

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Justyna Rak

.....
Podpis zamawiającego